



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.000.M.001364.08.26 ОТ 21.08.2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ООО "ХТК", Московская область, г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 1, помещ. 4. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "ХАЙ-ТЕК КЛИНИК", Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 1, IV. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)". Главы I, X СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №50.99.02.000.M.000587.03.23 от 16.03.2023 г. Экспертное заключение №4894/26 от 10.08.2026 г. ООО "Радэк". Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 21.08.2031 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3893350



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.001364.08.26 ОТ 21.08.2026 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, ООО "ХТК", Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 1, помещ. 4.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований.

Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим, рабочая нагрузка:

1) Рентгеновский кабинет № б/н расположен в нежилом помещении на 1-м этаже многоэтажного жилого отдельно стоящего здания, процедурная - 8,1 кв.м.:

- аппарат рентгеновский дентальный панорамный DENTRI α , в исполнении: DENTRI-C α , зав.№ECO1E26E050, год выпуска - 2026, год монтажа - 2026, производства HDX WILL CORP. (Корея); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 90 кВ, рабочая нагрузка 40мА*мин/нед.

2) Рентгеностоматологический кабинет №2 на 2 стоматологических кресла расположен в нежилом помещении на 1-м этаже многоэтажного жилого отдельно стоящего здания, процедурная - 28,3 кв.м.:

- аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable, модель VEX-P300, зав.№9EB124008320, год выпуска - 2025, год монтажа - 2026, производства VATECH Co., Ltd. (Корея); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 70 кВ, рабочая нагрузка 40мА*мин/нед.

3) Рентгеностоматологический кабинет №6 на 1 стоматологическое кресло расположен в нежилом помещении на 1-м этаже многоэтажного жилого отдельно стоящего здания, процедурная - 16,6 кв.м.:

- аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable, модель VEX-P300, зав.№9EF124008446, год выпуска - 2025, год монтажа - 2026, производства VATECH Co., Ltd. (Корея); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 70 кВ, рабочая нагрузка 40мА*мин/нед.

Обязательные условия:

1) Ограничение количества снимков при основных режимах эксплуатации аппарата DENTRI-C α , зав.№ECO1E26E050 до 10 снимков в неделю.

2) При эксплуатации аппаратов EzRay Air Portable, модель VEX-P300, зав.№9EB124008320, зав.№9EF124008446:

- использовать штатив, место установки штатива в соответствии с проектом;

- стационарное размещение рентгенозащитной ширмы согласно напольной маркировке, установленной проектом.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0810868